Determinador de umidade segundo Karl Fischer Q349

Aparelho semi-automático de simples operação, funcional e econômico que permite analisar a umidade de todos os produtos químicos, tendo a mesma precisão dos aparelhos automáticos.



110 V a 220 V
Tensão

30 W
Potência

27 x 31 x 77 cm
Dim. Externas (CxLxA)

Especificações técnicas

Modelos	Tensão	Potência	Dim. Externas (CxLxA)
Q349-1	110 V	30 W	27 x 31 x 77 cm
Q349-2	220 V	30 W	27 x 31 x 77 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Construído em chapa de aço revestida com epóxi eletrostático;
- Painel de controle do tempo, da função seco e úmido e do enchimento da bureta;
- Cronômetro digital de 0 a 99 segundos;
- Indicador luminoso da reação (seco-úmido);
- Agitador magnético digital;
- Reator em vidro borossilicato;
- Torneira de material resistente ao reativo Karl Fischer;
- Eletrodo duplo de platina, detector do ponto final da titulação;
- Alongas de vidro com dessecante (sílica-gel);
- Limite de detector seco-úmido: muda ao ser adicionado 1 mg de água;
- Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;
- Acompanham o aparelho: bureta e reservatório âmbar para o reativo KF, 250 ml de reativo Karl Fischer, 250 mL de metanol, 1 barra magnética revestida com anti-aderente e manual de instruções.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290