Disolutor de comprimidos automático Q850

Este aparato se utiliza para la verificación del tiempo de disolución de comprimidos y la cuantificación de principios activos, liberados en un medio apropiado, dentro de un período de tiempo especificado, según la monografía de cada producto descrita en las metodologías pertinentes (Farmacopeas). Si el fármaco no se disuelve en el intervalo de tiempo especificado, no habrá una concentración adecuada del fármaco en sangre necesaria para la acción terapéutica deseada.



220 V
Tensión

1.200 W
Potencia

8
Pruebas

Especificaciones técnicas

Modelo	Tensión	Potencia	Pruebas	Dim. externas (LxAnxAl)
Q850	220 V	1.200 W	8	48 x 54 x 68 cm

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Características

- Rango de temperatura del baño de 20 a 45 °C, con una precisión de ± 0,5 °C;
- Velocidad programada de 20 a 200 rpm con una precisión de ± 2 rpm;
- Temporizador de 1 a 999 minutos con una exactitud de ± 0,5 min;
- Gabinete de chapa de acero al carbono con tratamiento anticorrosivo y pintura electrostática;
- Baño de agua en acrílico incoloro, con drenaje lateral;
- Bomba de circulación que proporciona homogeneidad de temperatura;
- Vasos de vidrio borosilicato, con fondo esférico, capacidad de 1.000 mL;
- Paletas de acero inoxidable 316 L con una desviación de ± 0,5 mm;
- Cestillos de acero inoxidable 316 L con una desviación de ± 1 mm;
- Centralización ± 2 mm.

Contacto

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290