Dissolutor de comprimidos automático Q850

Este aparelho é utilizado para a verificação do tempo de dissolução de comprimidos e a quantificação de princípios ativos, liberados em meio apropriado, dentro de um período de tempo especificado, segundo a monografia de cada produto, descritas nas metodologias pertinentes (Farmacopeias). Se o fármaco não dissolver no intervalo de tempo especificado, não haverá uma concentração adequada do fármaco no sangue necessária para ação terapêutica desejada.



220 V
Tensão

1.200 W
Potência

8
Provas

Especificações técnicas

Modelo	Tensão	Potência	Provas	Dim. Externas (CxLxA)
Q850	220 V	1.200 W	8	48 x 54 x 68 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Faixa de temperatura do banho de 20 a 45 °C, com precisão de ± 0,5 °C;
- Velocidade programada de 20 a 200 rpm com precisão ± 2 rpm;
- Temporizador 1 a 999 minutos com exatidão ± 0,5 min;
- Gabinete de chapa de aço carbono com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática;
- Banho de água em acrílico incolor, com dreno lateral;
- Bomba de circulação que proporciona homogeneidade de temperatura;
- Copos de vidro borossilicato, com fundo esférico, capacidade de 1.000 mL;
- Pás de aço inox 316 L com desvio de ± 0,5 mm;
- Cestos de aço inox 316 L com desvio de ± 1 mm;
- Centralização ± 2 mm.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800

vendas@quimis.com.br • quimis.com.br

Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290