Titulador de pH semi automático Q799

Permite o ajuste automático do valor pH, mV. Suas principais vantagens são: a facilidade de operação, maior precisão e reprodutibilidade dos resultados das análises de rotina do laboratório de controle.



110/220 V 70 W
Tensão Potência

1,5 kg
Peso

20 x 20 x 10 cm
Dim. Externas (CxLxA)

Especificações técnicas

Modelo	Tensão Potência	Peso	Dim. Externas (CxLxA)
Q799-D2	110/220 V 70 W	1,5 kg	20 x 20 x 10 cm

INFORMAÇÕES DO PRODUTO

Características

- Construído em plástico reforçado com acabamento em epóxi;
- Indicação analógica em instrumento universal de grande precisão;
- Faixas de medição: 0 pH a 14,0 pH, ?700 a + 700 mV, ou 0 a ?1400 mV e 0 a + 1400 mV;
- Legibilidade: pH 0,1 e 10 mV;
- Precisão: ± 0,1 pH / 3pH e ± 8,4 mv;
- Compensação manual da temperatura entre 5 °C e 60 °C;
- Ponto final fixo;
- Ajustável entre pH 1 e 13, 100 e 1300 mV (positivo ou negativo);
- Saída analógica para registrador potenciométrico: 0 mV a 10 mV para escala total;
- Adição automática na amostra do titulante até o encontro do ponto final da titulação;
- Cabo de força com dupla isolação e plugue de três pinos, duas fases e um terra, atendendo a nova norma ABNT NBR 14136;
- Acompanha agitador magnético, barra magnética, eletrodo combinado para pH, bureta de vidro 20mL e manual de instruções.

Contato

+55 11 4055 9999 • +55 11 94234 6800
vendas@quimis.com.br • quimis.com.br
Rua Gema, 292 - Campanário, Diadema - SP / Brasil CEP 09930-290